

# 放射性物質検査結果について(福島県産牛肉・県外と畜分)

放射性セシウム 32 品中 100Bq/kgを越えるもの 0 品
--

No	場所	採取日時	と畜場名	検査結果(Bq/kg)		
				セシウム134	セシウム137	計
1	郡山市	平成27年12月17日	横浜中央卸売市場	—	—	検出せず(<25)
2	郡山市	平成27年12月17日	横浜中央卸売市場	—	—	検出せず(<25)
3	郡山市	平成27年12月17日	横浜中央卸売市場	—	—	検出せず(<25)
4	郡山市	平成27年12月17日	横浜中央卸売市場	—	—	検出せず(<25)
5	郡山市	平成27年12月17日	横浜中央卸売市場	—	—	検出せず(<25)
6	郡山市	平成27年12月17日	横浜中央卸売市場	—	—	検出せず(<25)
7	郡山市	平成27年12月17日	横浜中央卸売市場	—	—	検出せず(<25)
8	郡山市	平成27年12月17日	横浜中央卸売市場	—	—	検出せず(<25)
9	郡山市	平成27年12月17日	横浜中央卸売市場	—	—	検出せず(<25)
10	郡山市	平成27年12月17日	横浜中央卸売市場	—	—	検出せず(<25)
11	郡山市	平成27年12月17日	横浜中央卸売市場	—	—	検出せず(<25)
12	郡山市	平成27年12月17日	横浜中央卸売市場	—	—	検出せず(<25)
13	いわき市	平成27年12月08日	(株)千葉県食肉公社	—	—	検出せず(<25)
14	いわき市	平成27年12月08日	(株)千葉県食肉公社	—	—	検出せず(<25)

No	場所	採取日時	と畜場名	検査結果(Bq/kg)		
				セシウム134	セシウム137	計
15	いわき市	平成27年12月08日	(株)千葉県食肉公社	—	—	検出せず(<25)
16	いわき市	平成27年12月08日	(株)千葉県食肉公社	—	—	検出せず(<25)
17	いわき市	平成27年12月08日	(株)千葉県食肉公社	—	—	検出せず(<25)
18	いわき市	平成27年12月08日	(株)千葉県食肉公社	—	—	検出せず(<25)
19	白河市	平成27年12月17日	(株)茨城県中央食肉公社	—	—	検出せず(<25)
20	塙町	平成27年12月17日	(株)茨城県中央食肉公社	—	—	検出せず(<25)
21	いわき市	平成27年12月16日	西宮市食肉センター	検出せず(<7.1)	検出せず(<6.6)	検出せず
22	いわき市	平成27年12月16日	西宮市食肉センター	検出せず(<6.4)	検出せず(<7.8)	検出せず
23	いわき市	平成27年12月16日	西宮市食肉センター	検出せず(<9.9)	検出せず(<9.5)	検出せず
24	いわき市	平成27年12月16日	西宮市食肉センター	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.1)	検出せず
25	いわき市	平成27年12月16日	西宮市食肉センター	検出せず(<6.6)	検出せず(<7.4)	検出せず
26	いわき市	平成27年12月16日	西宮市食肉センター	検出せず(<9.1)	検出せず(<11)	検出せず
27	いわき市	平成27年12月16日	西宮市食肉センター	検出せず(<6.9)	検出せず(<7.9)	検出せず
28	いわき市	平成27年12月16日	西宮市食肉センター	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.1)	検出せず
29	いわき市	平成27年12月16日	西宮市食肉センター	検出せず(<8.8)	検出せず(<6.6)	検出せず
30	いわき市	平成27年12月16日	西宮市食肉センター	検出せず(<6.8)	検出せず(<7.3)	検出せず
31	いわき市	平成27年12月16日	西宮市食肉センター	検出せず(<6.9)	検出せず(<7.7)	検出せず

No	場所	採取日時	と畜場名	検査結果(Bq/kg)		
				セシウム134	セシウム137	計
32	いわき市	平成27年12月16日	西宮市食肉センター	検出せず(<7.5)	検出せず(<8.6)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム134、セシウム137の合算値)

\*「セシウム134」と「セシウム137」の欄に「-」と表記されているデータは、「セシウム134」と「セシウム137」を分けずに、「放射性セシウム」の総量で検査しているため「合算値」のみの表記となる。