

加工食品等の放射性物質検査結果について(福島県)

①牛乳・乳飲料

放射性セシウム
2品中
50Bq/kgを超えるもの0品

No	製造・加工場所	採取日	試料の種類	食品区分	測定結果		
					セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
1	南相馬市	H30.6.13	牛乳	牛乳	検出せず(<0.69)	検出せず(<0.86)	検出せず
2	南相馬市	H30.6.13	コーヒー牛乳	乳飲料	検出せず(<0.91)	検出せず(<0.76)	検出せず

食品衛生法における乳等の基準値を適用:セシウム:50Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

②一般食品

放射性セシウム
34品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	製造・加工場所	採取日	試料の種類	食品区分	測定結果		
					セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
1	会津美里町	H30.6.4	馬肉	食肉	検出せず(<7.4)	検出せず(<6.1)	検出せず
2	会津美里町	H30.6.4	馬肉	食肉	検出せず(<7.2)	検出せず(<6.4)	検出せず
3	会津美里町	H30.6.4	馬肉	食肉	検出せず(<6.1)	検出せず(<7.0)	検出せず
4	会津美里町	H30.6.4	馬肉	食肉	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.6)	検出せず
5	会津美里町	H30.6.4	馬肉	食肉	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.2)	検出せず
6	西会津町	H30.6.4	乾燥わらび	乾燥山菜・きのこ	検出せず(<5.1)	検出せず(<4.2)	検出せず
7	西会津町	H30.6.4	うど塩漬	塩蔵野菜	検出せず(<3.1)	検出せず(<2.5)	検出せず

8	西会津町	H30.6.4	わらび塩漬	塩蔵野菜	検出せず(<2.4)	検出せず(<2.2)	検出せず
9	西会津町	H30.6.11	ちまき	菓子類	検出せず(<6.4)	検出せず(<5.9)	検出せず
10	西会津町	H30.6.11	笹だんご	菓子類	検出せず(<5.6)	検出せず(<6.3)	検出せず
11	西会津町	H30.6.11	乾燥ヨモギ	乾燥野草	検出せず(<3.2)	検出せず(<2.4)	検出せず
12	西会津町	H30.6.11	ドクダミ茶	野草茶	検出せず(<3.3)	検出せず(<2.8)	検出せず
13	柳津町	H30.6.6	干しぜんまい	乾燥山菜・きのこ	検出せず(<3.2)	36.8	37
14	西会津町	H30.6.8	乾しいたけ (しいたけ:露地栽培)	乾燥山菜・きのこ	検出せず(<4.3)	29.1	29
15	西会津町	H30.6.8	乾しいたけ (しいたけ:施設栽培)	乾燥山菜・きのこ	検出せず(<3.5)	検出せず(<3.3)	検出せず
16	会津坂下町	H30.6.11	干しぜんまい	乾燥山菜・きのこ	検出せず(<3.4)	検出せず(<3.8)	検出せず
17	会津美里町	H30.6.11	馬肉	食肉	検出せず(<6.4)	検出せず(<6.5)	検出せず
18	会津美里町	H30.6.11	馬肉	食肉	検出せず(<7.0)	検出せず(<5.8)	検出せず
19	会津美里町	H30.6.11	馬肉	食肉	検出せず(<6.8)	検出せず(<6.4)	検出せず
20	会津美里町	H30.6.11	馬肉	食肉	検出せず(<7.8)	検出せず(<6.6)	検出せず
21	会津美里町	H30.6.11	馬肉	食肉	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.5)	検出せず
22	只見町	H30.6.1	トマト酢	清涼飲料水	検出せず(<7.0)	検出せず(<6.5)	検出せず
23	只見町	H30.6.1	トマトジュース	清涼飲料水	検出せず(<5.9)	検出せず(<6.5)	検出せず
24	只見町	H30.6.1	トマトピューレ	その他	検出せず(<8.2)	検出せず(<8.2)	検出せず
25	只見町	H30.6.1	わらびしょうゆ漬	漬物	検出せず(<2.9)	検出せず(<2.6)	検出せず
26	只見町	H30.6.1	花豆の甘露煮	そうざい	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.4)	検出せず
27	下郷町	H30.6.8	高菜しょうゆ漬	漬物	検出せず(<6.7)	検出せず(<6.9)	検出せず
28	下郷町	H30.6.8	きゅうりしょうゆ漬	漬物	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.0)	検出せず
29	下郷町	H30.6.8	ごぼうしょうゆ漬	漬物	検出せず(<2.8)	検出せず(<2.9)	検出せず

30	下郷町	H30.6.8	きゅうりしょうゆ漬	漬物	検出せず(<2.6)	検出せず(<2.2)	検出せず
31	下郷町	H30.6.8	うどとえごまのしょうゆ漬	漬物	検出せず(<6.8)	検出せず(<6.0)	検出せず
32	檜枝岐村	H30.6.12	野菜塩漬	漬物	検出せず(<6.9)	検出せず(<5.4)	検出せず
33	相馬市	H30.6.13	乾しいたけ (しいたけ:施設栽培)	乾燥山菜・きのこ	検出せず(<4.2)	9.40	9.4
34	南相馬市	H30.6.13	ヨーグルト	発酵乳	検出せず(<8.3)	検出せず(<5.5)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値を適用:セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。