

# 放射性物質検査結果について(福島県産牛肉・県外と畜分)

放射性セシウム  
16 品中  
100Bq/kgを越えるもの 0 品

No	場所	採取日時	と畜場名	検査結果(Bq/kg)		
				セシウム134	セシウム137	計
1	いわき市	令和元年05月16日	川口食肉荷受(株)	—	—	検出せず(<25)
2	いわき市	令和元年05月16日	川口食肉荷受(株)	—	—	検出せず(<25)
3	いわき市	令和元年05月16日	川口食肉荷受(株)	—	—	検出せず(<25)
4	相馬市	令和元年05月15日	仙台市中央卸売市場食肉市場	—	—	検出せず(<25)
5	いわき市	令和元年05月15日	西宮市食肉センター	検出せず(<3.7)	検出せず(<4.2)	検出せず
6	いわき市	令和元年05月15日	西宮市食肉センター	検出せず(<3.0)	検出せず(<3.8)	検出せず
7	いわき市	令和元年05月15日	西宮市食肉センター	検出せず(<4.2)	検出せず(<4.8)	検出せず
8	いわき市	令和元年05月15日	西宮市食肉センター	検出せず(<4.0)	検出せず(<3.0)	検出せず
9	いわき市	令和元年05月15日	西宮市食肉センター	検出せず(<3.8)	検出せず(<4.3)	検出せず
10	いわき市	令和元年05月15日	西宮市食肉センター	検出せず(<3.7)	検出せず(<3.1)	検出せず
11	いわき市	令和元年05月15日	西宮市食肉センター	検出せず(<4.4)	検出せず(<4.7)	検出せず
12	いわき市	令和元年05月15日	西宮市食肉センター	検出せず(<3.4)	検出せず(<3.7)	検出せず
13	いわき市	令和元年05月15日	西宮市食肉センター	検出せず(<3.1)	検出せず(<3.3)	検出せず
14	いわき市	令和元年05月15日	西宮市食肉センター	検出せず(<3.1)	検出せず(<3.4)	検出せず

No	場所	採取日時	と畜場名	検査結果(Bq/kg)		
				セシウム134	セシウム137	計
15	いわき市	令和元年05月15日	西宮市食肉センター	検出せず(<2.8)	検出せず(<3.5)	検出せず
16	いわき市	令和元年05月15日	西宮市食肉センター	検出せず(<2.6)	検出せず(<3.8)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム134、セシウム137の合算値)

\*「セシウム134」と「セシウム137」の欄に「-」と表記されているデータは、「セシウム134」と「セシウム137」を分けずに、「放射性セシウム」の総量で検査しているため「合算値」のみの表記となる。