

入札説明書等に関する回答書

令和 3年 9月 9日

福島県ふたば医療センター附属病院長

案件名	可動式体重免荷装置
質 問 事 項	
<p>① 〈設置条件について〉</p> <ul style="list-style-type: none">・アンウェイシステムネクステップの設置場所の天井の高さが2,500mm以上必要となります。・ゲイトトレーニングシステム3.1の電源として、単相100V15A単独回路コンセントが必要となります。 <p>上記設置条件が満たしているでしょうか？</p> <p>②納期確約書につきまして、メーカーへの注文書を頂かないと確約書の提出が出来ないとの返事を頂きましたが書類の提出は必須となりますでしょうか？</p> <p>※9月中に発注処理が出来れば納期までの納品は確約しますとの回答は頂いております。</p>	
回 答 事 項	
<p>① 設置条件をすべて満たした設置予定箇所を用意済みです。</p> <p>② 納期確約書は、メーカーではなく入札に参加する者が提出する書類です。落札決定の日から7日以内に契約書を取り交わすこととしておりますので、このことを踏まえて提出してください。提出は必須となります。</p>	