

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・野菜・果実)

放射性セシウム
13品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	いわき市	R5.1.12	サトイモ	検出せず(<3.7)	検出せず(<2.6)	検出せず
2	相馬市	R5.1.16	ブロッコリー	検出せず(<4.9)	検出せず(<3.6)	検出せず
3	相馬市	R5.1.16	ハウレンソウ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.5)	検出せず
4	相馬市	R5.1.16	ダイコン(施設)	検出せず(<4.0)	検出せず(<3.3)	検出せず
5	川俣町	R5.1.17	シュンギク(施設)	検出せず(<5.6)	検出せず(<5.7)	検出せず
6	川俣町	R5.1.17	コマツナ	検出せず(<5.8)	検出せず(<4.1)	検出せず
7	三春町	R5.1.12	フキノトウ	検出せず(<5.4)	検出せず(<4.9)	検出せず
8	三春町	R5.1.17	イチゴ(施設)	検出せず(<3.2)	検出せず(<2.6)	検出せず
9	川内村	R5.1.13	イチゴ(施設)	検出せず(<3.7)	検出せず(<2.9)	検出せず
10	大熊町	R5.1.16	ナガイモ	検出せず(<2.6)	4.49	4.5
11	二本松市	R5.1.18	ニラ(施設)	検出せず(<6.3)	検出せず(<6.4)	検出せず
12	本宮市	R5.1.18	イチゴ(施設)	検出せず(<2.6)	検出せず(<2.5)	検出せず
13	桑折町	R5.1.17	ギンナン	検出せず(<5.6)	検出せず(<4.4)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。