

光沢度計

区分 設備
分類 物性試験機器類
メーカー ミノルタ
型式 GM-268

仕様及び性能

測定角度：20°、60°、85°

光源：タングステンフィラメントランプ

測定レンジ：0～180 グロスユニット

※上記の仕様・性能は、カタログからの引用等ですので、実際に測定・試験ができる試料や測定物の種類・大きさ・形状等につきましては、担当職員までご確認ください。

用途 塗膜、プラスチック、セラミックなどの光沢度測定

導入年 2002年



料金 200円/時間

設置場所 福島県ハイテクプラザ（郡山）

予約・連絡先 024-959-1738（分析・化学科）

備考 県外企業は料金が2倍となります。詳しくは担当職員までご確認ください。