

仕 様 書

1 品名・数量他

品名	データロガー
数量	12台
納期	令和7年2月28日(金)
納品場所	福島県農業総合センター 実験棟3階 土壌分析室

2 仕様

仕様項目	県仕様内容 (技術的仕様に係る部分)
(1) システム全般共通事項	
① 接続可能なセンサー	土壌水分・温度・ECセンサー(METER社 TERSO-12)が接続可能であること
② センサー接続ポート	6ポート以上接続可能なもの
③ 接続ジャック	3.5mmステレオジャックが接続可能なもの
④ 時刻同期	自動及び手動による設定が可能であること
(2) 測定データ関連	
① データ測定間隔	測定間隔を30分～12時間間隔で設定可能なこと (通常使用は1時間間隔を想定)
② データの保存	1年間のデータ(約50千件)以上のデータが保存可能であること 電源が落ちた場合であってもにデータが損失されないもの
③ データの回収	現地(野外ほ場)にて、PCまたはUSBによりデータ回収が行えるもの
(3) 電源	単3NiMH電池(充電)及び単3アルカリ乾電池が使用可能なもの
(4) NiMH充電	太陽光、またはUSBによって充電可能であること
(5) 耐候性	防水・防塵性を備えており、かつ0～45℃の環境で動作が可能であること

3 想定品

	1	2	3
メーカー	メータージャパン(株)		
型式	ZL6		

4 その他

- (1) 費用には運搬搬入、試運転費用を含み、使用可能な状態にして納品すること。

(2) 上記2の仕様を満たしていれば、他メーカー製の物品でも可とする。(想定品以外で見積もったときは、仕様に適合していることを確認できるカタログ等の資料を添付すること)。

(3) 物品の運搬搬入については、農業総合センターの指示により行うこと。

(4) 納入後、1年間の保証期間を設けること。ただし、メーカー等が別に定めた保証期間が1年を超える場合はそれを適用する。