

# 仕 様 書

## 1 設置場所

南会津郡南会津町永田字風下1-4-1

福島県立南会津病院 透析室

## 2 対象機器

日機装社製 透析用監視装置

DAB-NX 1台、DCS-100NX 3台、DCS-200Si 1台

## 3 業務内容及び数量

品目及び仕様	数量
DAB-NX 交換部品	1 式
DCS-100NX 交換部品 (12000H×3台)	1 式
DSS-200Si 交換部品 (6000H×1台)	1 式
部品詳細については別紙参照	
作業工賃(休日技術料)	28時間
交通費	3 式
宿泊費	4 式
諸経費	1 式

## 4 その他

業務完了後、内容がわかる報告書を提出すること。

## 別紙

品名	品番	数量
<b>DAB-NX 交換部品</b>		
水計量シリンダ		
1. バルブキット	V01-000901	4P
2. 水軽量シリンダ(40NX-10NX メンテナンスキット)	X66-005800	1セット
ベアリング(テープ、水ポンプ)	B07-136A01	2P
シール(キャップシール)	S03-003A02	2P
Oリング	QB2401-G145-F4D	2P
シール(リップシール)	S03-038A00	2P
Oリング	QB2401-P10A-F4D	2P
Oリング	QB2401-P26-F4D	2P
原液電磁弁		
3. 三方電磁弁(メンテナンスキット)	X66-005900	1セット
バルブ(ボデー)	V01-195B01	2P
バルブ(ダイアフラム)	V01-195B02	4P
ポペットバルブ組立	X04-504W00	2P
リング(Oリング)	R01-036B14	2P
4. ホース接手	H02-500A00	2P
5. ホース接手	H02-497A03	2P
原液注入ポンプ		
6. 原液注入ポンプ(メンテナンスキット)	X66-006000	1セット
ポペットバルブ組立	X04-504W00	8P
リング(Oリング)	R01-036B14	8P
シール(キャップシール)	S03-015A01	8P
リング(Oリング)	R01-036B38	4P
ブロック(スライダ)	X60-009B00	2P
ベアリング(テープ)	B07-069A00	4P
背圧弁		
7. ダイアフラム	D03-027A00	2P
8. ダイアフラム	D03-027A00	1P
サンプルバルブ		
9. サンプルポート(メンテナンスキット)	X66-006100	1セット
Oリング	QB2401-P14-F4D	2P
ガスケット	G02-146A00	2P
ロッド(サンプル口)	X60-050A00	2P
スプリング	S02-212A00	2P
送液ポンプ		
10. ポンプヘッド	P05-000521	2P
貯槽		
11. フィルタ(エア)	F03-053B01	1P
薬液注入		
12. バルブ(三方 常温)	V01-263B00	4P
13. キット	V01-149B01-K1	1P
14. ダイアフラム	D03-033A00	1P
薬液注入ポンプ		
15. ダイアフラム	D03-031A00	1P
16. ハウジング(薬液ポンプ)	H03-316B00	1P



品名	品番	数量
<b>DCS-100NX 交換部品 (12000H×3 台)</b>		
複式ポンプ		
1. 交換部品キット(複式ポンプ)	X66-000800	3 P
*ポペットバルブ組立	X04-504W00	1 2 P
*リング(0 リング)	R01-036B14	1 2 P
*シール(キャップシール)	S03-015A01	6 P
*ブロック(スライダ)	X60-009B00	3 P
*ベアリング(テープ)	B07-069A00	6 P
2. ギアヘッド(複式ポンプ)	X01-030211	3 P
除水ポンプ		
3. 交換部品キット(除水ポンプ)	X66-003900	3 P
*SMP 入口接手組立	X06-113W01	3 P
*SMP 出口接手組立	X06-113W02	3 P
*キャップシール	S03-000500	3 P
*ベアリング(テープ)	B07-140A00	3 P
*E リング	QN8-30ST	3 P
4. カム組立	X05-882Z00	3 P
カスケードポンプ(シールレスタイプ)		
5. 交換部品キット(カスケードポンプ)	X66-000700	3 P
*リング(0 リング)大	R01-036B41	6 P
*リング(0 リング)中	R01-036B37	6 P
*リング(0 リング)小	QB2401-P7-F4D	1 2 P
6. インペラ	X60-099B00	6 P
透析液ポート		
7. ガスケット	G02-217A00	3 P
背圧弁		
8. ダイアフラム	D03-027A00	9 P
電磁弁		
9. バルブ(メンテナンスキット)	V01-002020	1 8 P
10. バルブ(メンテナンスキット)	V01-002020	6 P
11. バルブ(メンテナンスキット)	V01-002020	6 P
CFリークテスト		
12. 交換部品キット(CFリークテスト)	X66-001300	3 P
*フィルタ	F03-068A01	6 P
*ポペットバルブ組立	X04-504W00	3 P
*リング(0 リング)	R01-036B14	3 P
ダイアライザーホース		
13. ダイアライザーホース組立	X66-007000	3 P
*カップリング(DLJ-03) (赤)	C06-000101	3 P
*カップリング(DLJ-03) (青)	C06-000102	3 P
*フィルタ組立(マル 6.5)	X01-001301	3 P
*シリコンホース	H06-002600	3.6m
*シリコンホース	H06-001A11	3.15m
*シリコンホース	H06-001A11	0.45m
周辺部品		
14. バッテリー	B17-073B01	3 P
15. フィルタ(ファン用 スポンジ大)	F03-073A00	6 P
16. フィルタ組立(マル 8)	X01-001401	3 P



DCS-200Si 交換部品 (6000H×1 台)		
複式ポンプ		
1. 交換部品キット(複式ポンプ)	X66-000800	1 P
*ポペットバルブ組立	X04-504W00	4 P
*リング(0 リング)	R01-036B14	4 P
*シール(キャップシール)	S03-015A01	2 P
*ブロック(スライダ)	X60-009B00	1 P
*ベアリング(テープ)	B07-069A00	2 P
除水ポンプ		
2. 交換部品キット(除水ポンプ)	X66-003900	1 P
*SMP 入口接手組立	X06-113W01	1 P
*SMP 出口接手組立	X06-113W02	1 P
*キャップシール	S03-000500	1 P
*ベアリング(テープ)	B07-140A00	1 P
*E リング	QN8-30ST	1 P
透析液ポート		
3. ガスケット	G02-217A00	1 P
背圧弁		
4. ダイアフラム	D03-027A00	3 P
電磁弁		
5. バルブ(メンテナンスキット)	V01-002020	6 P
6. バルブ(メンテナンスキット)	V01-002020	2 P
7. バルブ(メンテナンスキット)	V01-002020	2 P
CFリークテスト		
8. 交換部品キット(CFリークテスト)	X66-001300	1 P
*フィルタ	F03-068A01	2 P
*ポペットバルブ組立	X04-504W00	1 P
*リング(0 リング)	R01-036B14	1 P
ダイアライザーホース		
9. ダイアライザーホース組立 (L=900)	X66-007200	1 P
*カップリング(DLJ-03) (赤)	C06-000101	1 P
*カップリング(DLJ-03) (青)	C06-000102	1 P
*フィルタ組立(マル 6.5)	X01-001301	1 P
*シリコンホース	H06-002600	0.9m
*シリコンホース	H06-001A11	0.75m
*シリコンホース	H06-001A11	0.15m
排液ポート		
10. 交換部品キット(排液ポート)	X66-001500	1 P
*フィルタ組立	X06-370W00	1 P
*ガスケット	G02-217A00	1 P
*フィルタ組立 (200 メッシュ)	X06-370w01	1 P
11. ポペットバルブ組立	X04-504W00	1 P
12. リング(0 リング)	R01-036B14	1 P
周辺部品		
13. フィルタ(ファン用 スポンジ大)	F03-073A00	2 P
14. フィルタ組立(マル 8)	X01-001401	1 P