

ダストモニター用ろ紙購入仕様書

令和7年9月

福島県

仕様書（ダストモニター用ろ紙）

1. 品名

ダストモニター用ろ紙

2. 構成

（１）ダストモニター用ろ紙（78mm×90m）45 本

（２）ダストモニター用ろ紙（78mm×20m）90 本

3. 納入期限

令和 8 年 1 月 2 3 日（金）

4. 納入場所

福島県環境創造センター環境放射線センター
（福島県南相馬市原町区萱浜字巣掛場 45－169）

5. 仕様

（１）ダストモニター用ろ紙（78mm×90m）45 本

1	寸法	78mm×90m（紙管内径Φ76.2mm）
2	質量（g/m ² ）	145
3	厚さ（mm）	0.41
4	圧力損失（kPa）	0.27
5	はっ水度（kPa）	4.9
6	通気速度（cm/s）・捕集効率（%） ※捕集効率・・・0.31μmポリスチレンラテックス粒子を 55cm/s から 135cm/s の通気速度でろ過した時、上流・下流の粒子濃度より測定。	55・99.7、80・99.8、135・99.9
7	成分及び濃度又は濃度範囲	セルロース（CAS No. 9004-34-6） （CAS No. 61788-77-0） ガラス繊維 約 15% アクリル樹脂 シリコーン系繊維処理剤
※JIS Z 4601（放射性ダストサンプラ）に規定のろ紙に適する。		

(2) ダストモニター用ろ紙 (78mm×20m) 90 本

1	寸法	78mm×20m (紙管内径Φ76.2mm)
以下 (1) と同様		

6. 想定品

メーカー(販売元)	アドバンテック東洋株式会社
商品名	ダストモニター用ろ紙 HE-40T

7. その他

- (1) 検収後、納入場所に納入すること
- (2) 納入場所までの輸送費用及び輸送に係る物品の保険費用は、受注者の負担とすること