

仕 様 書

- 1 品名及び数量
電離箱式サーベイメータ 1 台
- 2 納入期限
令和 8 年 3 月 3 1 日 (火)
- 3 納入場所
株式会社帝北ロジスティックス倉庫 (福島市北矢野目字窪田 2 0 - 3)
なお、納入の際に地域医療課の職員から検収を受けること。
- 4 規格等
 - ア 構成
電離箱式サーベイメータ本体及び専用アルミ製収納ケース又は相当品
 - イ 性能
 - (1) 規格
本仕様書に明記しているもののほか、JIS Z 4333 (2006) 又は JIS Z 4333 (2014) の規格を満たすこと。
 - (2) 測定線種
 γ 線 1 c m 線量当量率
 - (3) 検出器
電離箱
 - (4) 検出器容量
4 0 0 c m³ 以上
 - (5) 有効測定範囲
1 μ S v / h から 3 0 0 m S v / h まで
 - (6) 表示方式
デジタルメータ表示 (3 桁以上のデジタル表示)
※有効測定範囲内において、測定値の値が 0. 1 m S v / h 未満の場合は 1 μ S v / h の単位で表示できること。
 - (7) 表示単位
 μ S v / h または m S v / h
 - (8) 温度特性
JIS Z 4333 (2006) の室外用又は JIS Z 4333 (2014) の屋外仕様の温度範囲の許容範囲を満たすこと。
 - (9) 電源
市販一次電池が使用可能で、電池交換が可能であること。また、市販一次電池使用時 8 0 時間以上の連続使用が可能なこと。
 - (10) 寸法及び重量
片手で容易に測定が可能な寸法及び重量であること。
 - (11) 形状
地表 1 c m の高さの測定ができること。
 - (12) 専用アルミ製収納ケース又は相当品
アルミ製のケースとし、開閉のための留具が取付けられているとともに、ケース上部に運搬のためのハンドルが取付けられていること。
また、ケース内部に、サーベイメータ本体と予備電池が収納可能であるとともに、サーベイメータ本体と予備電池のサイズに合わせて、ウレタン等を用いた仕切りが設

置されていること。

なお、専用のアルミ製収納ケースがない場合は、相当品として上記仕様を満たすアルミ製収納ケースも可とする。

※ 特記事項

- ・想定品以外の物品で応札する場合は、(1)の事項について、JIS Z 4333 (2006) 又はJIS Z 4333 (2014) の規格を満たしていることを確認できる製造メーカーのデータ（性能、試験方法を明示）を、同等品申請の際に併せて提出すること。
- ・JISマーク制度における国に登録された認証機関による認証が行われている場合は、認証されていることを明らかにする書類の提出により、JIS Z 4333 (2006) 又はJIS Z 4333 (2014) の規格を満たしていることを確認できる製造メーカーのデータ（性能、試験方法を明示）の提出に代えることができる。
- ・想定品以外の物品で応札する場合は、(5)、(8)の事項及び(9)の「市販一次電池使用時80時間以上の連続使用が可能なこと」について、仕様を満たしていることを確認できる製造メーカーのデータ（性能、試験方法を明示）を同等品申請の際に併せて提出すること。なお、(8)の事項については、JIS Z 4333 (2006) 又はJIS Z 4333 (2014) の規格を満たした試験方法によるものとする。
- ・想定品以外の物品で応札する場合は、(2)～(4)、(6)、(7)、(10)、(11)の事項及び(9)の「市販一次電池が使用可能で、電池交換が可能であること」について、仕様を満たしていることを確認できるカタログ又は取扱説明書等を同等品申請の際に併せて提出すること。

5 想定品

- | | |
|-------------|--|
| (1) アロカ（株） | ①本体 ICS-1323
②専用ケース BX-302 |
| (2) 富士電機（株） | ①本体 NHA1
②専用ケース 外形寸法 W345×D155×H180mm
ポリウレタン製仕切り付属 |

6 提出書類

次の書類を納入期限までに提出すること。

日本語によるものとし、納入品全機に指定部数を添付すること。

- (1) 検査成績書 1部
個々の納入品について、メーカー出荷時に検査を行った検査成績書
- (2) 校正証明書 1部
個々の納入品について、JIS Z 4333 (2006) 又はJIS Z 4333 (2014) の規格を満たした方法により、トレイサビリティが確保された線源による校正を行った証明書
- (3) 取扱説明書 1部

7 保証

- (1) 保証期間は、引き渡しの当日から1年間とし、期間中に通常の使用において故障したものについては、無償で交換又は修理を行うこと。
- (2) 設計又は製造上の原因による不具合は、保証期間外であっても交換又は修理等の対応を行うこと。

8 その他

- (1) 必要に応じて、納入場所等において機器の使用方法等について説明を行うこと。

- (2) J I S Z 4 3 3 3 (2 0 0 6) 又は J I S Z 4 3 3 3 (2 0 1 4) の規格を満たした方法による、トレイサビリティが確保された線源による点検・校正が可能であるとともに、日本国内において、日本語による窓口が確保されていること。
- (3) 修繕が可能であるとともに、日本国内において、日本語による窓口が確保されていること。
- (4) 納品にあたり、サーベイメータの本体及び専用アルミ製収納ケース又は相当品に対して別途発注者が指示する箇所へシールを貼付すること。

ア シール（本体）

株式会社帝北ロジスティックス倉庫 1 台

福島県健康衛生総室 備品
R 7 - 〇 〇 〇
原子力発電施設等緊急時安全対策交付金

色：背景白、文字黒

大きさ：幅 1 8 m m × 長さ 6 5 m m 程度とする。

〇 〇 〇 は管理番号（001）

イ シール（収納ケース）

地域医療課
R 7 - 〇 〇 〇
× × （型式・型番等）
△ △ （製造番号）

色：背景白、文字黒

大きさ：幅 1 8 m m × 長さ 6 5 m m 程度とする。

R 7 - 〇 〇 〇 はサーベイメータ本体に対応する管理番号

ウ 貼付箇所（想定）

(ア) 本体

側面 1 箇所

(イ) 専用アルミ製収納ケース又は相当品

上部 1 箇所及び側面 2 箇所（角の面を含む）

- (5) 表計算ソフト（マイクロソフトエクセル）で作成した一覧（課名、品名、製造番号、管理番号（R 7 - 〇 〇 〇）、納品場所を明記したもの）を電子データで提出すること。