

仕 様 書

1 品名及び数量

アルコールチェッカー 500個

2 規格

(1) 検知方式

半導体ガスセンサー

(2) センサー寿命

購入後1年経過又は、センサー使用回数が1,000回以上になるまで

(3) 呼気中アルコール濃度測定範囲

0.00～0.50mg/L

(4) 測定結果表示方法

アルコールが検出された場合、数値、音、色等により確認できるもの

(5) 測定回数表示

累積測定回数が確認できるもの

(6) その他

アルコール検知器協議会の認定機器であること

3 想定品

	1	2
メーカー名	株式会社タニタ	株式会社タニタ
型式	HC-310	EA-100

4 納入場所

福島県警察本部施設装備課

(〒960-8686福島県福島市杉妻町5番75号)

5 納入期限

令和8年3月27日（金）