

仕 様 書

1 1-1 件名

01 顕微 FT-IR ラマンシステムレーザー交換

2 2-1 対象装置

01 顕微 FT-IR ラマンシステム（サーモフィッシャーサイエンティフィック（株）製）

3 3-1 作業内容（調整、部品交換、試運転）

01 532nm ラマンレーザーユニットの交換

02 調整及び試運転

4 4-1 履行確認

01 動作確認後、担当職員の立会検査を受け、合格することによって検収完了とする。

02 業務完了後、直ちに作業報告書（任意様式）を作成し、提出すること。

5 5-1 保 証

01 検収後、対象業務の保証期間内（部品交換の場合はその保証期間とし、特に定めがない場合は1年間とする）において、交換作業を実施した部品等から発生した不具合は、納入者の責任において無償で交換または修理すること。ただし、保証期間内であっても次のような条件下で不適合が生じた場合、および消耗品については、責任は問わない。

- ① 取扱者が今回のメンテナンス以外の据付・移設・保守・改造および修理を行った場合。
- ② 取扱者が純正部品以外の補修部品等を利用して、保守・修理などを行った場合。
- ③ メンテナンスを行った機器装置以外の機器装置が原因の場合。
- ④ 取扱説明書に記載されている注意事項や操作方法を順守しなかった場合。
- ⑤ 取扱者の不注意によるもの。
- ⑥ 取扱説明書に記載されている電源・設置環境など、本装置の使用条件を逸脱した周囲条件によるもの。
- ⑦ 火災・地震・水害・落雷などの天災によるもの。

6 6-1 履行期限

令和8年9月30日（水）